GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR SITZSCHALE (G-OT-06)

Diese Sonderanfertigung ist ausschließlich für den Patienten:

Name	.....	Kundennummer	.....
Vorname	.....	MA-Kürzel/ Filiale	.....
Geburtsdatum	.....	Datum	.....
Adresse	.....		
	.....		
Produkt/ Pr.-Nr.:	.....		

bestimmt. Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Wir geben Ihnen folgende Empfehlungen:

1. Behandeln Sie Ihre Sitzsschale bitte sorgfältig.
2. Sitzschalen zur Verwendung mit einem Untergestell dürfen ausschließlich mit dem dafür zugelassenen/ gelieferten Untergestell verwendet werden.
3. Bei Sitzschalen mit Untergestell darf das Abnehmen bzw. Aufsetzen der Sitzschale auf das Untergestell nur ohne Patient erfolgen (Unfallgefahr erhöht).
4. Prüfen Sie die Sitzschale und ggf. das zugehörige Untergestell vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Funktion.
5. Vor Besetzen der Sitzschale (ggf. Lifter verwenden) die Verriegelungsbolzen der Arretierung auf richtiges Einrasten prüfen.
6. Prüfen Sie direkt nach dem Besetzen der Sitzschale die korrekte Lagerung von Rumpf, Becken, Beinen und ggf. Armen bzw. Kopf; verwenden Sie ggf. Erhöhungskeile.
7. Vermeiden Sie Falten von Kleidung und Sitzschalenbezug im Becken- und Rückenbereich.
8. Schließen Sie bei Abwesenheit der betreuenden Person die Halte- bzw. Fixierungsgurte (nicht zu fest schließen; auf richtige Lage und Ausrichtung prüfen).
9. Ein Transport im Auto ist in der Sitzschale nur mit entsprechendem Adapter und zugelassenen Rückhaltesystemen zulässig. Zum Transport im Auto den Fixierungsgurt straff um die Rückenlehne und den Dreipunktgurt um den Körper legen; Gurtverlauf im Becken und Brustbereich genau kontrollieren und Prüfen.
10. Schützen Sie die Sitzschale gegen zu hohe Temperaturen (z.B. Sonne, Heizung), Schlageinwirkung und direkte Wassereinwirkung (z.B. Sauna, Bad, Wassersport). Nur für ausdrückliche Badesitzschalen ist direkter Wasserkontakt zulässig
11. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Haut. Achten Sie dabei besonders auf Druckstellen und Hautverfärbungen (Gefahr von Haut- und Gewebeschädigungen). Führen Sie möglichst täglich die Hautpflege und Hauthygiene durch.
12. Reinigen und pflegen Sie die Sitzschale regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln nach Angabe unserer Mitarbeiter (abnehmbare Bezüge: 30° Wäsche).
13. Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel.

Wichtige Hinweise:

1. Sitzschalen/ Untergestelle für den reinen Innenbereich dürfen nur im Innenbereich eingesetzt werden. Nur ausdrückliche Sitzschalen/ Untergestelle für den Außenbereich dürfen auch außen verwendet
2. Bei Schäden bzw. Fehlfunktionen an der Sitzschale/ dem Untergestell verwenden Sie die Sitzschale/ das Untergestell auf keinen Fall ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ihrem für Sie zuständigen Techniker!
3. Führen Sie an der Sitzschale/ dem Untergestell auf keinen Fall Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!

Kröger's Centrum für technische Orthopädie GmbH
Gesundheitspassage I Hertzstraße 8 I 03238 Massen-Niederlausitz
Servicehotline: 03531 7990-7265 I Fax (gebührenfrei): 0800 07990-33
Mail: info@medizintechnik-kroeger.de I www.medizintechnik-kroeger.de